Piège à polypes - eTrap™

➢ DISTRIBUTEUR

LIFE PARTNERS EUROPE 161 avenue Gallieni – 93170 Bagnolet Tél. : 01 49 88 01 01 / Fax : 01 48 59 70 72 E-mail : life@lifeurope.com **Site Internet : www.lifeurope.com**	**Correspondant matériovigilance** Responsable qualité Tél. : 01 49 88 01 01 Fax : 01 49 88 83 45 E-mail : quality@lifeurope.com

➢ INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Dénomination commerciale :

Piège à polypes - eTrap™

Le piège à polypes eTrap™ se branche sur l'endoscope et permet de collecter plusieurs polypes sans interrompre l'aspiration en alternant les tiroirs (2 tiroirs disponibles).

- Loupe supérieure pour visualiser des petits polypes
- Graduation millimétrique intégrée



Références	Caractéristiques techniques
US/00711099	Piège à polypes livré avec 2 tiroirs

Unité de commande = Quantité minimale de livraison (QML) : **25**
Type d'emballage individuel : **Sachet**
Type d'ensemble conditionnement : **Carton**

Dispositif médical de classe I - Fabriqué par US Endoscopy (USA) - Marquage CE en auto-certification - Sécurité d'utilisation, conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Consulter la notice - Dispositif non pris en charge par les assurances maladies

Matériaux :

Tube : Élastomère thermoplastique
Piège à polype et tiroirs : Zylar 960

Présence de :

Latex : ❑Oui ☑Non
Produit d'origine animale : ❑Oui ☑Non
PVC : ☑Oui ❑Non
Phtalate et DEHP : ❑Oui ☑Non
Bisphénol A : ❑Oui ☑Non

Stérilité :

Stérile : ❑Oui ☑Non
Mode de stérilisation : Aucun
Nombre d'utilisations : Usage Unique

Conservation :

Conditions de conservation: Température ambiante contrôlée (15-25°C)
Tenir à l'abri de la lumière et de l'humidité
Durée de péremption : 3 ans

Autres données :

Classement GMDN : 34858
Présence d'un code barre : ☑Oui ❑Non
Référentiel utilisé : ❑HIBC ☑GS1-128
Avec les informations :
Référence : ☑Oui ❑Non
N° de lot : ☑Oui ❑Non
Date de péremption : ☑Oui ❑Non

Utilisation :

Sécurité d'utilisation : Cf. Notice
Conseils d'utilisation (mode d'emploi, précaution et contre-indications) : Cf. Notice
Indications (destination marquage CE) : Cf. Notice

Fabricant

Fabricant : US Endoscopy
Pays : Etats-Unis

Marquage CE

Marquage CE en auto-certification.
Selon la directive Européenne 93/42/CEE
Produit de classe I, selon la règle 2